



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



Fundada em 1977  
Santa Maria do Oeste  
Cidade de Santa Maria do Oeste



**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2018**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

**Contratada:** MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 26.499.522/0001-73, localizada na Rua Pará, 410, Jardim Apucarana, Município de Apucarana-PR.


**OBJETO:** “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014”.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
13	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$ . Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	4,00	UN	790,00	3.160,00
42	MOCHO ODONTOLÓGICO Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	2,00	UN	950,00	1.900,00
44	OFTALMOSCÓPIO Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.	2,00	UN	2.390,00	4.780,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.840,00</b>


Valor Total dos Itens de R\$ 9.840,00 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta Reais).

**Data de assinatura:** 18 de Setembro de 2018.

**Vigência:** 17/09/2019.




Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
36	MESA DE EXAME CLÍNICO Estrutura tubular metálica, esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrolítica), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courovin, na cor azul, cabeteira redível manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.	01	UN	744,00	2.976,00
43	NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrolítica em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	01	UN	382,00	764,00
53	POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO. Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetas estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courovin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrolítica na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	01	UN	1.028,00	2.056,00



Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
58	SUPORTE PARA SORO Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	06	UN	239,00	1.434,00
<b>TOTAL</b>					<b>21.992,00</b>


Valor Total dos Itens de R\$ 21.992,00 (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais).  
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.  
Vigência: 17/09/2019.



**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2018**  
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do ME sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.  
Contratada: F. P. GARALUZ - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.299.558/0001-69, localizada na Rua Santos Dumont, 1406, Centro, Município de Campo Mourão-PR.  
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
7	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPCÃO (CADEIRA) EMPILHÁVEL Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaves laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	20	UN	134,00	2.680,00
8	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA (BRACOS, TAMANHO MÉDIO) Cadeira giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 x 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência: 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínima de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "task system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, eixos e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com eixos de aço. Braços em polipropileno injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de diâmetro X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	01	UN	690,00	1.380,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.060,00</b>

Valor Total dos Itens de R\$ 4.060,00 (Quatro Mil e Sessenta Reais).  
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.  
Vigência: 17/09/2019.




**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2018**  
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do ME sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.  
Contratada: HORTONTRONIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.737.428/0001-14, localizada na Av. Celso Garcia Cid, 1523, Vila Sam, Município de Londrina-PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
9	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo leveiro no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça metálica, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso 38 x 44. Rotação (rpm) 0 a 4200. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (l/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB) 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	01	UN	1.260,00	5.040,00
12	CONTRA-ÂNGULO Contra-Ângulo Intra-MX com refrigeração externa ao corpo, ajustável ao micro motor, com sistema intra-óptico e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o péssico da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho e especificações: Spray com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão. Pressão 40-60 (PSI). Consumo de ar: 65 (l/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autocentrável: 135°. Peso: 90 g. Ruído: 70 db. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	01	UN	745,00	2.980,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.020,00</b>

Valor Total dos Itens de R\$ 8.020,00 (Oito Mil e Vinte Reais).  
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.  
Vigência: 17/09/2019.




**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2018**  
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do ME sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.  
Contratada: MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 26.499.522/0001-73, localizada na Rua Parí, 410, Jardim Apucarana, Município de Apucarana-PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
13	DETECTOR DE BATEMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 V, que permita guarda do cristal. Deverá estar jantacionado em estopo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 x 8 x 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10%. Deverá ter a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	01	UN	790,00	3.160,00
42	MOCHO ODONTOLÓGICO Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	02	UN	950,00	1.900,00
44	OFALMOSCÓPIO Lâmpada: Mínimo de 2,5 V. Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas. Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura). Filtro Polarizador para eliminação de reflexo. Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +12. Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras. Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor lig/deslig integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estopo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano. Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.	01	UN	2.390,00	4.780,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.840,00</b>

Valor Total dos Itens de R\$ 9.840,00 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta Reais).  
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.  
Vigência: 17/09/2019.



**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018**  
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do ME sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.  
Contratada: HORTONPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.676.642/0001-08, localizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bom Sucesso, Município de Guarapuava – PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
18	ESPELHO VAGINAL INOX COLLIN GRANDE, 115x40MM. Espelho Collins em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	01	UN	63,00	126,00
19	ESPELHO VAGINAL INOX COLLIN MÉDIO, 105x35 MM. Espelho Collins em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	01	UN	63,00	126,00
20	ESPELHO VAGINAL INOX COLLIN PEQUENO, 90 X 30 MM. Espelho Collins em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	01	UN	63,00	126,00
21	ESPELHO VAGINAL INOX COLLIN, VIRGEM 75MM. Espelho Collins em aço inox, 75mmx15mm, com 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	01	UN	63,00	126,00
29	KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - Laringoscópio 01 infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2- Ambu Adulto com máscaras. 3- Ambu infantil com máscaras. 5- Sapo de cânulas de Guedel (adulto) 05, 7 e 9 infantil nº 35). LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA. Descrição: Lâmina: Dispositivo medicohospitalar utilizado para auxiliar na intubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recarregado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller.	01	UN	6.820,00	20.460,00